

BAREM CORECTARE TEST ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL

VARIANTA II

1. Care sunt atribuțiile asistentei la stația de sterilizare în activitatea de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale?

Atribuțiile asistentei de la stația de sterilizare:

- a) verifică modul de pregătire și împachetare a echipamentelor/instrumentarului, altor materiale trimise pentru sterilizare și respinge trusele necorespunzătoare;
- b) efectuează sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare și instrucțiunile de sterilizare ale fiecărui aparat, respectă precauțiile standard;
- c) anunță imediat personalul tehnic de întreținere și pe directorul de îngrijiri cu privire la apariția oricărei defecțiuni care survine la aparatele de sterilizare;
- d) răspunde de igiena încăperilor în care se face sterilizarea și de respectarea circuitelor;
- e) etichetează corespunzător trusele și pachetele cu materiale sterilizate și ține evidența activităților de sterilizare pe aparate și șarje, conform prevederilor legale în vigoare;
- f) efectuează teste de control al sterilizării și ține evidența rezultatelor;

6 x 5 p = 30

Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare- Cap II, pct 14

2. Care sunt complicațiile injectiei intramusculare?

- a)– durere violentă – prin atingerea nervului sciatic sau a unei terminații nervoase–se retrage acul și se schimbă locul injectiei;
- b)– paralizie (totală sau parțială) – prin lezarea nervului sciatic;
- c)– ruperea acului în cazul amnevelor efectuate brutal;
- d)– necroza aseptică locală prin alegerea necorespunzătoare a acului (ac scurt) și injectarea substanței în hipoderm;
- e)– hematom local în cazul lezării unui vas de sânge;
- f)– infecție locală (abcese, flegmone) – apar prin nerespectarea normelor de asepsie și antisepsie;
- g)– embolie uleioasă – introducerea accidentală a suspensiei uleioase într-un vas de sânge;
- h)– iritație periostală – injectarea medicamentului în apropierea periostului (os iliac, femur, humerus);
- i)– infiltrație dureroasă a regiunii

9 x 3,33 p = 30 p

Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști vol I, pag 472/473



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "UCA" with some additional scribbles below it.

3. Care sunt etapele obligatorii ce trebuie parcurse in procesul de sterilizare a dispozitivelor medicale reutilizabile ?

Dispozitivele medicale reutilizabile care urmează procesul de sterilizare trebuie să respecte următoarele etape obligatorii:

- a) curățare
- b) dezinfecție,
- c) inspecție,
- d) împachetare/ ambalare,
- e) sterilizare,
- f) depozitare,
- g) transport către beneficiari,
- h) depozitare,
- i) utilizare,
- j) transport către serviciul de sterilizare.

$10 \times 4 p = 40 p$

ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private. Art 32

Spitalul Clinic
Județean
De Urgență
Sfântul Ioan cel Nou
Suceava
- CONCURS -

